ANSELL MEDICAL

FICHE TECHNIQUE

Synsation™ PF

Gant d'examen non stérile synthétique, non poudré

Date de parution 13-11-2014

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau	Chlorure de polyvinyle (vinyle)
Couleur	Translucide
Forme	Ambidextre
Manchette	Bord roulé
Surface externe	Lisse
Surface interne	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Epaisseur (unique)	Doigt	0,115
Valeurs moyennes	Paume	0,100
(mm)	Manchette	0,075
Longueur minimale	240	
(mm)		
Résistance (valeurs	avant vieillissement	après vieillissement
Résistance (valeurs moyennes)	avant vieillissement	après vieillissement
•	avant vieillissement 390	après vieillissement 370
moyennes)		·

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	10 x 100 pièces / 1000 pièces par carton
Durée limite de stockage	3 années
Consignes de stockage	Garder à l'abri des rayons du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et inflammables.

RÉFÉRENCES PRODUIT

Taille / code produit	X-Small	40010XS	Small	4001OS	
	Medium	4001OM	Large	4001OL	
	X-Large	4001OX			

CARACTÉRISTIQUES ET PRINCIPAUX AVANTAGES

- Non poudré
- Surface lisse
- Translucide

NORMES DE FABRICATION ET DE SÉCURITÉ

NQA (micro-trous)	 Test d'étanchéité à l'eau Conforme à la norme européenne EN 455- 1 : niveau d'inspection I NQA 1,5
Teneur en protéines	Sans objet : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Pyrogénicité	Absence de pyrogènes conformément à l'ISO 10993-11
Irritation cutanée primaire	Considérée comme nulle conformément aux prescriptions de la réglementation 16 CFR 1500 de la FHSA
Sensibilisation cutanée	Aucune preuve d'hypersensibilité retardée de contact conformément à l'ISO 10993-10
Pénétration virale	Conforme à l'ASTM F-1671 avec le bactériophage PhiX174
Perméation aux cytostatiques	Testé selon l'ACPP dans des conditions dynamiques
Stérilisation	Sans objet
Marquage CE	Dispositif médical : Classe I Équipement de protection individuelle : Catégorie III
Conformité du produit aux normes	EN 455 parties 1, 2, 3, 4 EN 374 parties 1, 2, 3 EN 420
Normes de fabrication	ISO 13485 ISO 9001

PICTOGRAMMES

Organisme de

certification



individuelle





Centexbel (0493) : équipement de protection

EN374 EN374

Veuillez consulter le Mode d'emploi.





